

2016年3月1日

お得意先 各位

村中医療器株式会社
大阪市中央区船越町2丁目3番6号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

「ミレ・ジェットウォッシャー-G7736MCU」の部品供給に関するお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたびミレ・ジェットウォッシャー-G7736MCU(2004年製造中止)に使用されているMCU(マイクロコンピュータユニット)が諸般の事情により製造中止となり、製造元から供給を受けることができなくなりました。MCU交換が必要な修理対応は弊社在庫限りとなり、在庫がなくなり次第、この部品に関する修理を終了させていただきます。

ご愛顧いただいておりますお客様には誠にご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

今後とも引き続き、弊社製品をお引き立て賜りますよう心よりお願い申し上げます。

敬具

記

■ 製造中止部品

注文コード	品番	商品名
066-506-89	5577372	MCUユニット

■ 修理不能時期

弊社在庫がなくなり次第修理不能とさせていただきます。

以上