

2016年10月18日

お得意先 各位

村中医療器株式会社
大阪市中央区船越町二丁目3番6号
Tel. 06-6943-1221 Fax. 06-6947-5360

クラリティ固定シェル新発売のご案内に関する 訂正とお詫び

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、2016年9月27日付でクラリティ固定シェル新発売のご案内を申し上げましたが、商品名に一部誤りがございました。つきましては、下記の通り訂正させていただきます。多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

敬具

記

■訂正内容

商品名訂正：「50mm延長」から、「100mm延長」へ訂正させていただきます。

注文コード	品番	商品名	
030-151-75	R412U	誤	クラリティ 頭部用固定シェル(1.6mm厚),U型,50mm延長
		正	クラリティ 頭部用固定シェル(1.6mm厚),U型,100mm延長

以上