

2018年12月26日

お客様 各位

村中医療器株式会社

大阪市中央区船越町二丁目3番6号
TEL. 06-6943-1221 FAX. 06-6947-5360

DSマレフ 電動デジタルエアータニケット 自主改修のお詫びとご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、今般弊社が製造販売しております「DSマレフ 電動デジタルエアータニケット」におきまして、海外製造元より、搭載されたリチウムイオンバッテリーの充電機能が正常に作動しないことでバッテリーが出力不能になる場合があるとの報告を受け、対象シリアル
の自主改修作業を実施するに至りましたことをご連絡申し上げます。

自主改修の作業内容としましては、対象製品の有無の確認、ソフトウェアの変更、及び
バッテリー交換をさせていただきたくお願い申し上げます。

下記の対象製品がございました折には、改修が終了するまでは必ずAC電源に接続して
ご使用頂きますようお願い申し上げます。

なお、これまでに対象シリアルナンバー製品を使用したことによる健康被害の報告はござ
いません。

このたびの自主改修にあたり、貴院には多大なるご迷惑をお掛けしますことを、深くお
詫び申し上げます。また、ご多忙中のところ真におそれいりますが、事情ご賢察のうえ、
何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■対象製品

注文コード :M73-001-01

品番 :DTS-2800

商品名 :DSマレフ 電動デジタルエアータニケット

対象シリアル:	1700001	1700002	1700003	1700004	1700005	1700006	1700007
	1700008	1700009	1700010	1700011	1700012	1700013	1700014
	1700015	1700016	1700017	1700018	1700019	1700020	1700021
	1700022	1700023	1700024	1700025	1700026	1700027	1700028
	1700029	1700030	1700031	1700032	1700033	1700034	1700035
	1700036	1700037	1700038	1700039	1700040	1800001	1800002
	1800003	1800004	1800006	1800007	1800008	1800011	1800014
	1800016	1800017	1800018	1800019	1800020	1800023	1800024
	1800025	1800028	1800029	1800030			

数量 : 60台

出荷時期 : 2017年10月～2018年12月

■本件に関するお問い合わせ先

村中医療器株式会社

安全管理課 村中 俊郎、細見 英志

大阪府和泉市あゆみ野2丁目8-2 総合センター

TEL : 0725-53-5546(平日9:00～17:30) FAX : 0725-53-5626



↑シリアル(SN)記載場所

以上