

2022年4月12日

お得意先 各位

村中医療器 株式会社
MURANAKA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.
大阪市中央区船越町 2-3-6
TEL.06-6943-1221 FAX.06-6947-5360

「HEINE ML4 LED ヘッドライト」
色温度の訂正とお詫び

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、販売終了及び後継品のご案内をしております「HEINE ML4 LED ヘッドライト」につきまして、色温度に誤りがございましたので、訂正させていただきます。詳細につきましては下記をご高覧ください。この度は多大なるご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後とも引き続き、弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒宜しく願い申し上げます。

謹白

記

■対象商品

注文コード	品番	商品名	JANコード	入数	標準価格
136-060-79	J008.31.410	HEINE ML4 LED ヘッドライト	4946306098999	1台	¥200,000

標準価格に消費税は含んでおりません。

■後継品

注文コード	品番	商品名	JANコード	入数	標準価格
136-060-75	J008.31.410	HEINE ML4 プラス LED ヘッドライト	4946306123899	1台	¥200,000

標準価格に消費税は含んでおりません。

■仕様変更内容

- ①照度 : 変更前 65,000lx → 変更後 90,000lx
②色温度 : (誤) 変更前 45,000K → 変更後 55,000K
(正) 変更前 4,500K → 変更後 5,500K

■切替予定時期

在庫が無くなり次第切替させていただきます。

以上