

2023 年 5 月 26 日

お得意先 各位

村中医療器 株式会社
MURANAKA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.
大阪府中央区船越町 2-3-6
TEL.06-6943-1221 FAX.06-6947-5360

「**MMI**®パルスオキシメータ ハンディー」
製造番号表示位置変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度日頃よりご愛顧いただいております「MMI パルスオキシメータ ハンディー」につきまして、本体への製造番号表示位置を変更させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。詳細につきましては、下記をご高覧ください。

今後とも引き続き、弊社製品をお引き立て賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

■対象商品

注文コード	品 番	商 品 名	GTIN-13	入数	標準価格
502-032-11	HS10A	MMI パルスオキシメータ ハンディー HS10A, 単 3×3	4946306119410	1 台	¥98,000
502-032-12	HS20A	MMI パルスオキシメータ ハンディー HS20A, 単 3×3	4946306119427	1 台	¥88,000

標準価格に消費税は含んでおりません。

■変更内容
別紙参照

■変更時期

在庫がなくなり次第、順次切り替えさせていただきます。

以上

【別紙】

	現行	新
銘板	製造販売業者／輸入業者 K64-268-002-01 村中医療器株式会社 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号 販売名：MMI パルスオキシメータ ハンディー 医療機器認証番号：301ADBZX00019000 一般の名称：パルスオキシメータ 耐用期間：3 年 品番：HS10A 定格電圧：DC4.5V 単 3 形アルカリ乾電池 3 本 SN ○○○○○○○○ 管理 特管 IPX1 Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.	製造販売業者／輸入業者 K64-268-002-02 村中医療器株式会社 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号 販売名：MMI パルスオキシメータ ハンディー 医療機器認証番号：301ADBZX00019000 一般の名称：パルスオキシメータ 耐用期間：3 年 品番：HS10A 定格電圧：DC4.5V 単 3 形アルカリ乾電池 3 本 製造番号：電池ボックス内部に記載 管理 特管 IPX1 Hunan Accurate Bio-Medical Technology Co., Ltd.
製造番号 表示位置	銘板上に表示	 電池ボックス内部に表示