

2024年12月19日

お客様各位


アルジョ・ジャパン株式会社
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-7-8
ランディック第二虎ノ門ビル9階

フロートロンACS900本体再起動後の使用状況モニタリング機能設定の保存状態について

謹啓

平素より格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、フロートロンACS900ソフトウェアバージョンの変更 (Version 4.079→Version 4.121) に伴い、本体再起動後の使用状況モニタリング機能について、設定の保存状態が変更されましたので、ご案内いたします。

設定	状態	再起動後の保存状態(4.079)	再起動後の保存状態(4.121)
警告有効：アラーム音なし【出荷時の設定】 	液晶スクリーンに表示あり LED インジケーターの色変化あり アラーム音は鳴らさない	出荷時の設定に戻ります。	保存されます。
警告有効：アラーム音もあり 	液晶スクリーンに表示あり LED インジケーターの色変化あり アラーム音を鳴らす	出荷時の設定に戻ります	保存されます。
警告無効：アラーム音なし【従来と同仕様】 	液晶スクリーン表示なし LED インジケーターの色変化なし アラーム音は鳴らさない	保存されます。	保存されます。

今後販売される製品にはソフトウェアVersion 4.121を搭載しております。

また、今後基盤交換を伴う修理やソフトウェアのバージョンアップを伴う修理を行った場合にも同様の変更となります。

謹白