

2025 年 5 月 8 日

お得意先 各位

村中医療器 株式会社
MURANAKA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.
大阪市中央区船越町 2-3-6
TEL.06-6943-1221 FAX.06-6947-5360

プラム ウルトラザイム中性酵素洗剤 成分変更のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、「プラム ウルトラザイム中性酵素洗剤」に配合する蛋白分解酵素を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。変更により、若干、色調が濃くなりますが、品質規格、製品の安定性、性能に変更はございません。詳細につきましては下記をご確認下さい。また、ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者にお問合せ頂ければ幸甚です。

引き続き、弊社製品をご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。

謹白

記

■変更時期

2025 年（令和 7 年）6 月中旬 出荷分より順次変更いたします。

■対象品

注文コード	品番	商品名	GTIN-13	入数	標準価格
233-023-01	MY-60	プラム ウルトラザイム中性酵素洗剤, 4 リットル入	4946306979601	1 本	¥10, 000
233-027-01	MY-61	プラム ウルトラザイム中性酵素洗剤, 10 リットル入	4946306959471	1 本	¥23, 000

※注文コード、品番、商品名、JAN コード、入数、標準価格に、変更はございません。

※上記価格には、消費税は含まれておりません。

■ご使用にあたって

- ・安全データシート（SDS）に記載される内容に従い、ご使用ください。
- ・自動洗浄器の運転プログラムを、ご変更頂く必要はございません。
- ・新旧製品が混合する場合でも、安全にご使用いただけます。

以上

参考資料

現行製品原液色調	酵素原料変更製品原液色調
	

※上記画像は参考です。商品毎に色調が若干異なる場合があります。