

2025年12月17日

お得意先 各位

村中医療器 株式会社
MURANAKA MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.
大阪市中央区船越町 2-3-6
TEL.06-6943-1221 FAX.06-6947-5360

自主改修のお詫びとご案内

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

さて、この度、弊社が製造販売しております「ホットドッグ患者加温システム、コントローラー,WC77（一般的名称：電気パッド加温装置コントロールユニット／電気パッド加温装置）」について、銘板に記載している電源入力表記に誤りがあることが判明しました。

このため、誤記載箇所へ正しい表示を上貼りする自主改修を実施させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。

尚、本件に関する健康被害の報告はなく、製品自体の品質、有効性及び安全性に影響を及ぼすものではございません

多大なるご迷惑をお掛けいたしますこと深くお詫び申し上げます。事情ご賢察のうえ、何卒ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■改修対象製品

商品名 : ホットドッグ患者加温システム, コントローラー, WC77
注文コード : T85-001-01
シリアルNo. : 別紙参照
数量 : 95 台

■銘板の電源入力表記

- ・ 誤 : 850VA
- ・ 正 : 970VA



銘板の電源入力表記

以上

(別紙)

■改修対象シリアル

2300198, 2300222, 2400039, 2400040, 2400041
22090060, 22090061, 22090062, 22090064, 22090090, 22090091, 22090092, 23030084,
23060003, 23060004, 23060005, 23060006, 23060034, 23060035, 23060064, 24060110,
24060111, 24060112, 24060113, 24060114, 24060115, 24060116, 24060117, 24060118,
24060119, 24060120, 24060121, 24060122, 24060123, 24060124, 24060125, 24060126,
24060127, 24060128, 24060130, 24060131, 24060132, 24060133, 24060135, 24070046,
24070047, 24070048, 24070049, 24070050, 24070051, 24070052, 24070053, 24070054,
24070055, 24070056, 24070057, 24070058, 24070059, 24070060, 24070061, 24070062,
24070063, 24070064, 24070065, 24070066, 24110064, 24110065, 24110068, 24110069,
24110070, 24110074, 24110075, 24110076, 24110077, 24110078, 24110079, 24110080,
24110081, 24110082, 24110083, 24110084, 24110085, 24110086, 24110087, 24110089,
24110090, 25030030

シリアル不明品 : 8 台

※対象シリアル (シリアル不明品 8 台を含む) 納入医療機関はすべて弊社で把握
しております。